

SPSNPCH-DOE-382-09/2013  
Międzyrzecz, 2013-04-16

**DOTYCZY ZADANIA NR 1 - DOSTAWA WIRÓWEK**

**ZAWIADOMIENIE**

**O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO DOKONANIU PONOWNAJ OCENY  
OFERT**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SPSNPCH-DOE-382-09/2013.

Nazwa zadania: **DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DO ZAKŁADU  
FIZJOTERAPII W RAMACH PROJEKTU PN.: Podniesienie dostępności do rehabilitacji  
poprzez doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie  
Chorych w Międzyrzeczu w sprzęt niezbędny do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie PAKIETU NR 1 – DOSTAWA WIRÓWEK.

Nazwa wykonawcy: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice

**Uzasadnienie wyboru:** W/w wykonawca złożył ofertę najtańszą i zgodną z wymaganiami SIWZ.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2013-04-22.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

**W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:**

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto	Liczba punktów w kryterium cena
1	Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta	Ul. Penara 23 38-440 Iwonicz Zdrój Oddz. Ul. Lubartowska 75a 20-123 Lublin	1	1- 20238,96	1 – 252,84
5	PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.	Ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	1- 17057,43	1 – 300,00
6	MEDEN- INMED Sp. z o.o.	Ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin	1	1 - 12950,00	oferta odrzucona

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta MEDEN - INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin.

**Uzasadnienie prawne odrzucenia :** art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp.

**Uzasadnienie faktyczne odrzucenia :** Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymagał, by wirówka kończyn górnych (poz. Nr 1 , pakiet Nr 1) posiadała dysze z regulacją kierunku wypływu

1  
DYREKTOR SZPITALA  
Jacek Hudziak

wody, tymczasem MEDEN – INMED zaproponował wirówkę kończyn górnych, która posiada dysze bez regulacji kierunku wypływu wody.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań, możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

### **Środki ochrony prawnej**

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

- 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
- 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

DYREKTOR SZPITALA

*Jacek Hudziak*

Jacek Hudziak