

**Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychiczenie Chorych
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz**

Międzyrzecz, dn. 26.09.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców
zainteresowanych postępowaniem
nr SPSNPCH-DOE-382-16/19**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **SPSNPCH-DOE-382-16/19**

Nazwa zadania: **DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA**

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: **600642-N-2019 z dnia 2019-09-23**

Odpowiedz na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 25 i 26 września 2019r.
do godz. 12.00.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA”, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy –Pzp, wyjaśniam co następuje:

TREŚĆ PYTAŃ

Pytanie 1

Pakiet V, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch koloru zielonego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch koloru zielonego.

Pytanie 2

PakietV , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch koloru białego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch koloru białego.

Pytanie 3

Pakiet V, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści Myjkę o wymiarach 24 x 17,5 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza Myjkę o wymiarach 24 x 17,5 cm

Pytanie 4

Pakiet IV, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągacza taliowego, ale posiadające cztery przylepcorzepty wielokrotnego mocowania umożliwiające dokładne dopasowanie pieluchomajtki do ciała pacjenta, co w następstwie zapobiega zsuwaniu się pieluchomajtki?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtki bez ściągacza taliowego, ale posiadające cztery przylepcorzepty wielokrotnego mocowania umożliwiające dokładne dopasowanie pieluchomajtki do ciała pacjenta, co w następstwie zapobiega zsuwaniu się pieluchomajtki

Pytanie 5

Pakiet IV, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M co najmniej 2300 g, a dla rozmiaru L co najmniej 2600 g (mierzonej według normy ISO 11948-1)? Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M co najmniej 2300 g, a dla rozmiaru L co najmniej 2600 g (mierzonej według normy ISO 11948-1).

Pytanie 6

Pakiet IV, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M co najmniej 2200 g, a dla rozmiaru L co najmniej 2500 g (mierzonej według normy ISO 11948-1)? Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M co najmniej 2200 g, a dla rozmiaru L co najmniej 2500 g (mierzonej według normy ISO 11948-1)

Pytanie 7

Pakiet IV, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 20 x30 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza chusteczki o wymiarach 20 x30 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 8

1. Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna zapisana w § 6 ust. 1 i 3 naliczana była od niezrealizowanej części umowy?
2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

3. **Odpowiedź Zamawiającego:**

- 1) Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 1 i 3, aby kara naliczana była od niezrealizowanej części umowy.
- 2) Tak, w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie

W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert. Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Podaną informację należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja zamieszczona zostaje również na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.obrzyce.eu