

Znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-22/20

Międzyrzecz, dnia 2020-07-22

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: SPSNPCH-DOE-382-22/20**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Numer sprawy: SPSNPCH-DOE-382-22/20

Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi w dniu 22-07-2020r. zapytaniami w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wymaga aby szafka była wyrobem medycznym.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wymaga aby szafka była wyrobem medycznym

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę, gdzie jej blat jest z tworzywa ABS o wiele bardziej odpornego od płyty meblowej ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści szafkę, gdzie jej blat jest z tworzywa ABS

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści na dole szafki dodatkową półkę np. na buty ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści na dole szafki dodatkową półkę np. na buty.

PYTANIE 4

PYTANIE - Materac pneumatyczny przeciwdleżynowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o czasie pełnego cyklu 12 minut - spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materaca o czasie pełnego cyklu 12 minut

Podaną informację należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego, która jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.