

**Znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-21/20**

Międzyrzecz, dnia 2020-07-22

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem  
w postępowaniu  
Nr sprawy: SPSNPCH-DOE-382-21/20**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Numer sprawy: **SPSNPCH-DOE-382-21/20**

**Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego”**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z otrzymanymi w dniu 22-07-2020r. zapytaniem w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### **PYTANIE 1**

**Część 2 zamówienia – Zakup i dostawa ssaku medycznego na wózku w ilości 2 szt.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DANE TECHNICZNE.** Czy zamawiający zgodzi się na ssak z maksymalnym podciśnieniem -90 kPa ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza ssak elektryczny charakteryzujący się maksymalnym podciśnieniem -90kPa.

#### **PYTANIE 2**

**Część 2 zamówienia – Zakup i dostawa ssaku medycznego na wózku w ilości 2 szt.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DANE TECHNICZNE.**

Czy zamawiający zgodzi się na ssak z o wymiarach 460x850x420 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza ssak elektryczny charakteryzujący się wymiarami 460x850x420 mm.

**Podaną informację należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego, która jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**