

**Znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-21/20**

Międzyrzecz, dnia 2020-07-24

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem  
w postępowaniu  
Nr sprawy: SPSNPCH-DOE-382-21/20**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Numer sprawy: **SPSNPCH-DOE-382-21/20**

**Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego”**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z otrzymanymi w dniu 23-07-2020r. i 24-07-2020r. zapytaniem w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### **PYTANIE 1**

Część nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometrów o parametrach:

Pamięć na 32 pomiary

Interwał między pomiarami: ok. 5 sekund

Zakres pomiaru temperatury na czole: 28.0-42.9°C

Zakres pomiaru temperatury przedmiotów: 28.0-50.0°C

Dokładność pomiaru:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  w zakresie 35.0°C-42.0°C, Inne odchylenie zakresu:  $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$

Waga: ok. 67g (bez baterii)

Klasa wodoodporności IP22

Przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu nr 1 termometr.

#### **PYTANIE 2**

Proszę określić czy ma to być lampa przepływowa do dezynfekcji powietrza czy lampa bezpośredniego działania do dezynfekcji powierzchni?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Lampa przepływowa do dezynfekcji powietrza.

**Podaną informację należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego, która jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**