

Znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-22/20

Międzyrzecz, dnia 2020-07-24

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: SPSNPCH-DOE-382-22/20**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Numer sprawy: SPSNPCH-DOE-382-22/20

Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi w dniu 22-07-2020r. zapytaniami w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIE 1

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie z materacem Przeciwodleżynowym.
Czy zamawiający dopuści łóżko o parametrach jak niżej?

Łóżko rehabilitacyjne Luna Basic 2

Łóżko wyposażone w siłowniki LINAK®.

LINAK® WE IMPROVE YOUR LIFE

- Łóżko rehabilitacyjne z leżem czterosegmentowym.
- regulacja wysokości leża na pilota,
- pozycja antytrendelenburga,
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota,
- regulacja części udowej podnóżka na pilota,
- regulacja części tyłkowej podnóżka manualnie,
- obudowa w kolorze drewna bukowego,
- wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu
- leże metalowe,
- leże można zawiesić w dwóch pozycjach,
- rama pokryta taktilem proszkowym,
- łóżko dostarczane na systemie transportowym.

Barierki opuszczają się poniżej poziomu ramy leża. Bardzo ważna cecha, która ułatwia wstawanie i siadanie pacjenta na łóżko oraz poczucie komfortu.

- Szerokość leża: 90 cm
- Szerokość całkowita: 103 cm
- Długość całkowita: 214 cm
- Leże w pozycji wyjściowej wyższej 40 cm
- Min. wysokość leża: 40 cm
- Max. wysokość leża: 80 cm
- Leże w pozycji wyjściowej niższej 33 cm
- Min. wysokość leża: 33 cm
- Max. wysokość leża: 73 cm
- Kąt nachylenia zagłówka: 83°
- Kąt nachylenia podnóżka: 20°
- **Max. obciążenie: 175 kg**

Leże z listew drewnianych - opcja.

Oprócz możliwości płynnej regulacji wysokości leża, Luna Basic 2 posiada również funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych, 33cm dla osób niskiego wzrostu, oraz 40 cm dla osób wysokich.







Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o ww. parametrach

PYTANIE 2

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie z materacem Przeciwodleżynowym.
Czy zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy łóżko o parametrach jak niżej?

Materac zmiennociśnieniowy - rurowy do I stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.



Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza materac o ww. parametrach

PYTANIE 3

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie z materacem Przeciwodrażynowym
Czy zamawiający dopuści łóżko o maksymalnym obciążeniu 135 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga łóżka o maksymalnym obciążeniu - do 145-155kg

PYTANIE 4

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o parametrach jak niżej?

Szafka przyłóżkowa

Główna rama wykonana z litego drzewa bukowego. Obudowa ze sklejki oklejonej naturalną okleiną bukową.

szuflada, półka z drzwiczkami, wysuwany blat nieregulowany, kołka.

Wysokość - 91 cm

Szerokość - 58 cm

Głębokość - 45 cm



Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę o ww. parametrach

Podaną informację należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego, która jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.